



## RESULTADOS – ANO 2014



## TESTES MECÂNICOS E ELÉTRICOS


36 Testes - 26 Feixes: 0  $^{60}\text{Co}$ ; 9 Fótons; 15 Elétrons; 2  $^{192}\text{Ir}$



## TESTES DOSIMÉTRICOS

67 Testes - 32 Feixes: 0 <sup>60</sup>Co; 9 Fótons; 15 Elétrons; 2 <sup>192</sup>Ir; 2 IMRT; 3 HET; 1 RDCG

Conformidade %



Rep. Temporizador  
 Lin. Temporizador  
 Fatores de Campo  
 Fatores Bandeja  
 Planura  
 Isocentro Radiação  
 Índice de qualidade (TPR20/10)  
 Índice de qualidade (R50)  
 Simetria elétrons  
 Taxa de Kerma no Ar  
 Intercomparação de câmaras poço  
 Índice Gamma  
 Dose no Pulmão  
 Dose no Osso  
 Dose no campo 2x5